



# ***PATENTINO ITALIANO DI SPIROMETRIA***

## ***SIP-IRS***

**info  
med**  
Informazione &  
formazione &  
medicina

# SPECIFICHE TECNICHE DELLO SPIROMETRO

Per poter prendere parte al Corso sarà necessario avere a disposizione uno spirometro computerizzato e calibrabile.

- Che sia in grado di effettuare, memorizzare e stampare le calibrazioni di volume e le verifiche di linearità a flussi diversi
- Che mostri le curve volume-tempo e flusso-volume




# SPIROMETRI FLUSSIMETRICI



The Vmax Encore Mass Flow Sensor raises the standard of accuracy with the ability to constantly monitor ambient conditions, breath by breath with its Real-time BTFS correction technology.



# CONTROLLO DI QUALITÀ DELLA STRUMENTAZIONE



ICS > 11 > 11.040 > 11.040.10

## ISO 26782:2009

Anaesthetic and respiratory equipment — Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans

THIS STANDARD WAS LAST REVIEWED AND CONFIRMED IN 2020. THEREFORE THIS VERSION REMAINS CURRENT.

- I sensori di volume e/o di flusso devono soddisfare i criteri ISO 26782:2009
- Devono essere calibrabili con una siringa di calibrazione di alluminio (tipo Hans Rudolph) della capacità di 3 L
- Il volume misurato ad ogni flusso deve soddisfare il criterio di accuratezza del  $\pm 3\%$  sia per l'inspirazione che l'espirazione